



DOKTORSKI  
STUDIJ  
VISOKE RAZINE  
KVALITETE

Sveučilište u Zagrebu  
Veterinarski fakultet

### TROŠKOVNIK

33124100-6- dijagnostički uređaji-CT INJECTOR ev.br. 281/BAG

### OPIS –SPECIFIKACIJA

| Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA  | KOLIČIN A    |
|------------|--|--------------|
|            | <b>AUTOMATSKA DVOGLAVA ŠPRICA ZA PRIMJENU KOD CT-a</b>   | <b>1 kom</b> |
|            | OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE   |              |
| 1          | Dvoqlava mobilna automatska šprica   |              |
| 2          | Kut ubrizgavanja 15° od vodoravnog položaja, detektiran senzorom, radi lakšeg odzračivanja sustava             |              |
| 3          | Mogućnost pohrane i uređivanja minimalno 80 injekcijskih profila   |              |
| 4          | Brzina punjenja: 1 - 5 ml / s  |              |
| 5          | Maksimalni volumen ubrizgavanja 2x200 ml   |              |
| 6          | Djelomični volumen ubrizgavanja 1 - 200 ml, programirajuće u koracima od 1 ml                                  |              |
| 7          | Maksimalni tlak ubrizgavanja 21 bar, programirajući od 5 do 21 bara u koracima od 1 bara                       |              |
| 8          | Brzina protoka dvije jedinice ubrizgavanja: 0,1 - 10 ml/s, programabilno u koracima od 0,1 ml/s                |              |
| 9          | Broj faza 1 do 6   |              |
| 10         | Odgoda ubrizgavanja od 0 do 255 s  |              |
| 11         | Odgoda faze od 0 do 255 s  |              |
| 12         | Bežični daljinski upravljač osjetljiv na dodir "touch screen"  |              |
| 13         | Funkcija „Keep-Vein-Open" (KVO) ubrizgavanje svake dvije minute 1ml NaCl-a i radi čuvanja vaskularnog sustava. |              |
|            | Napajanje: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz   |              |
| 14         | Maksimalna težina 27 kg.   |              |
| 15         | Ponudi priložiti uputstva za rad na hrvatskom jeziku   |              |

Sveukupno bez PDV-a \_\_\_\_\_ kuna

Sveukupno s PDV \_\_\_\_\_ kuna

\*garantni roku iznosi \_\_\_\_\_

\*Napomena: nudi se isključivo cijeli predmet nabave

\*privitak ponuda i prospekt

Datum: \_\_\_\_\_

**Ponuditelj**

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis)